



**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
**WYDZIAŁ ELEKTRONIKI**  
**TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI**

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Tel: (0-58) 348-61-53; E-mail: ewa.brylka@eti.pg.gda.pl

L.dz. WETI/2953/2013

Gdańsk, 26.08.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę generatora wodoru dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/333/009/D/13.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę generatora wodoru dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/333/009/D/13, wpłynęło zapytanie:


**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ofertę na generator wodoru z maksymalnym ciśnieniem generowanego wodoru 6,9 bar zamiast 10 bar?

**Odpowiedź 1:**

Nie.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnego ciśnienia.

DZIEKAN  
  
dr hab. inż. Ryszard Goczyła  
prof. nadzw. PG