

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia 2013r.

Nr postępowania: ZP/58/WETI/2013
CRZP/348/009/D/13

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzenie spełniania wymagań poprzez wpisanie słowa „TAK”, producent oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wielokanałowy multimetr – 1 sztuka producent: typ: model:.....	
Przyrząd musi umożliwiać podstawowe pomiary elektryczne wielokanałowo w tym, pomiar napięcia, prądu, rezystancji. Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • pomiar napięcia DC - zakresy od 100 mV do 1000 V z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość napięciowa 0.1 uV na zakresie 100 mV). • pomiar rezystancji - zakresy od 100 Ohm do 100 MOhmów z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość pomiaru 100 uOhm na zakresie 100 Ohm) • pomiar prądu DC - zakresy od 20 mA do 3 A z rozdzielczością 6.5 cyfry (rozdzielczość prądowa 10nA na zakresie 20 mA). • szybkość pomiaru napięcia z wielu kanałów przez interfejs cyfrowy z rozdzielczością 5.5 cyfry – min. 75 pomiarów/s. • ilość kanałów – dla prądu i napięcia - 80 kanałów, dla rezystancji 40 kanałów w opcji pomiarów 4 elektrodowych. • interfejsy cyfrowe umożliwiające sterowanie i akwizycję danych– Ethernet, RS-232. 	