



Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Gdańsk, dnia 13.09.2013 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/348/009/D/13, ZP/58/WETI/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/348/009/D/13.

Zamawiający informuje, że w dniu 12.09.2013r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Pytanie

Wymagany zakres pomiarowy miernika wilgotności z chłodzonym lustrem od -30°C do 60°C punktu rosy został podany dla ciśnienia atmosferycznego badanych gazów. Więc jaki będzie zakres temperatur badanych gazów, które chcą Państwo mierzyć?

Odpowiedź:

Zakres temperatur badanych gazów wynosi: -20C - +70C.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła