



Gdańsk, dnia...24.10...2013 r.

ZP/374/D/051/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Dostawa oraz montaż Mikrotwardościomierza (stanowiska do badań mikrotwardości powierzchni i przekrojów poprzecznych materiałów) z systemem komputerowym, oprogramowaniem i wyposażeniem wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.*”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Mikrotwardościomierza o zakresie obciążeń $10 \div 2000g$ umożliwiającego pomiar twardości pod obciążeniem: 10, 25, 50, 100, 200, 500 i 2000g (7 obciążeń) oraz wyposażonego w zmotoryzowany krzyżowy stolik pomiarowy o dwukrotnie większym od wymaganego zakresie ruchu 100 x 100mm?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania Mikrotwardościomierza o powyższych parametrach. Mikrotwardościomierz musi spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp.


KANCELARZ
mgr inż. Marek Tłok
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)