

L.dz. WETI/3978/2013

Gdańsk, 25.10.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyrządów pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/402/009/D/13.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyrządów pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/402/009/D/13, wpłynęło zapytanie, dotyczące części I, poz. 4 (oscylloskopu z wbudowanym generatorem):

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza oscylloskop bez interfejsu RS232, bez niezależnych pokręteł kontroli skali czasu, bez polskiego menu, bez próbkowania ekwiwalentnego, z maksymalnym napięciem wyjściowym 300 V, z wymiarami nie większymi niż 320 mm x 161 mm x 130 mm, ale za to ze znacznie lepszymi innymi parametrami: cztery kanały, pamięć 12 Mpkt, pasmo 70 MHz, czułość od 1 mV/dz do 10 V/dz, podstawa czasu od 5 ns do 50 s/dz, wyświetlacz 7" 800 x 480 pikseli, wbudowany dwukanałowy generator 2 x 2,5 MHz, możliwość rozbudowy w przyszłości o dodatkową pamięć do 24 Mpkt oraz analizę szeregowych magistral danych RS232/UART, 12 C, SPI?

Odpowiedź 1:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła