



Gdańsk, dnia 30.10...2013 r.

ZP/412/D/051/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Dostawa układu próżniowego do wytwarzania cienkich warstw organicznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.*”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. Can you clarify following requirement:

j) drobne elementy umożliwiające przeprowadzenie minimum 100 cykli wyparowań. "

Do you mean consumable thermal evaporation boats and filaments, enough to make minimum 100 cycles??

Odpowiedź: Yes, "drobne elementy umożliwiające przeprowadzenie minimum 100 cykli wyparowań", - this means consumable thermal evaporation boats and filaments, enough to make minimum 100 cycles.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp.

mgr inż. Marek Tłok
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)