

Gdańsk, dnia 22.11.2013 r.

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/439/014/D/13 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oscyloskopów dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza sondę prądową ze złączem BNC i zasilaczem zewnętrznym, umożliwiającą w ten sposób współpracę z dowolnym oscyloskopem wyposażonym w złącze BNC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego zasilacza /wzmacniacza umożliwiającego współpracę sondy z dowolnym typem oscyloskopu wyposażonego w standardowe złącze BNC/ pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów sondy wyszczególnionych w specyfikacji./

Równocześnie Zamawiający przypomina, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **26 listopada o godz. 09:45.**

DZIEKAN  
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI  
  
dr hab. inż. Leon Suedrowski, prof. nadzw. PG

(w imieniu Zamawiającego)