

Gdańsk, dnia 17.02.2014r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 1/WILIS/2014, CRZP 20/002/D/14**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i urządzeń pomiarowych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 13.02.2014r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

W nawiązaniu do części D p. 4 termohigrometr, proszę o informację:

Dotyczy: Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, załącznik nr 5D:

Pytanie nr 1:

Czy nieprzekraczanie błędu 5% RH i 1°C dla temperatury może być zastąpione opisem:

„-typowo: ± 1 °C, ± 5 % RH (w temperaturze 20 °C i wilgotności 50%)

- maksymalnie: ± 2 °C, ± 10 % RH”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastąpienie opisów „nieprzekraczanie błędu 5% RH i 1°C dla temperatury” opisami:

„-minimalna dokładność pomiarów w warunkach typowych dla budynków tj. dla temperatury 20 °C i wilgotności powietrza 50%: ± 1 °C, ± 5 % RH

- minimalna dokładność pomiarów w pozostałych warunkach: ± 2 °C, ± 10 % RH”

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG