

Gdańsk, dnia 10.03.2014r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2014, CRZP 21/002/D/14**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ekstensometru i części do aparatury pomiarowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 06.03.2014r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

W związku z toczącym się postępowaniem nr ZP 2/WILiŚ/2014, CRZP 21/002/D/14, część A chciałbym złożyć następujące pytania:

Dotyczy: Część A – Ekstensometr do pomiaru rozwarcia szczeliny

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza by oferowany ekstensometr zapewniał możliwość badań cyklicznych z częstotliwością do 25 Hz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza by oferowany ekstensometr zapewniał możliwość badań cyklicznych z częstotliwością do 25 Hz.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza by oferowany cyfrowy moduł pomiarowy zapewniał możliwość badań cyklicznych z częstotliwością do 1 Hz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza by oferowany cyfrowy moduł pomiarowy zapewniał możliwość badań cyklicznych z częstotliwością do 1 Hz.

*W związku z zapytaniem Wykonawcy  
Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.*

*Dziękam*  
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

*61*