

POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

**CRZP-143/017/D/14**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa jednej szt. oscyloskopu.

Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp” Informuje, że wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie:

Oscyloskop sygnałów mieszanych

- a) Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego waga wynosi 3,9 kg, a jego wymiary to 381x204x142mm?
- b) Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z 8 – kanałowym analizatorem stanów logicznych ale za to z dodatkową możliwością analizy z wykorzystaniem masek, dekodowaniem transmisji szeregowych I2C/SPI/RS232?UART/CAN/LIN oraz wbudowanym generatorem funkcji do 20 MHz?
- c) Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny czas dostawy oscyloskopu do 30 dni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź:

- a) Tak, Zamawiający dopuszcza taki oscyloskop.
- b) Tak, Zamawiający dopuszcza taki oscyloskop.
- c) Tak, Zamawiający dopuszcza taki termin dostawy oscyloskopu.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ,  
Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich  
Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)  
zgodnie z art.38 ust.2 i 4 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

DZIEKAN  
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

*dr hab. inż. Jacek Kozak, prof. nadzw. PG*

(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)