

Dotyczy części I-wirówka laboratoryjna

1.W związku z tym że Zamawiający opisał wirówkę w sposób niezgodny z Ustawą o Zamówieniach publicznych , która przewiduje opis przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z rzeczywistością, jasny i nie budzący wątpliwości prosimy o korektę wymaganych parametrów pojemności wirówki i pojemności wirnika: Zamawiający wymaga pojemności wirówki max 1000 ml, a pojemności wirnika 1600 ml(4x400 ml)- jest to parametr niemożliwy do spełnienia przez żadnego producenta, ponieważ nie można wymagać większej pojemności wirnika niż pojemność wirówki, Tak sprecyzowany parametr powoduje wadę prawną uniemożliwiającą złożenie poprawnej oferty i ewentualnie podpisanie umowy na dostawę.

2/W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie czy wymagany wirnik ma być kompatybilny z wymaganą wirówką, jeśli tak to prosimy o korektę wagi i wymiarów podanej wirówki z racji większej pojemności.

zmieniamy:

pojemność: 1000 ml na 1600ml

max. wymiary: 380 x 443 x 545 mm na 455 x 515 x 650mm

max. waga bez wyposażenia: 45 kg na 74kg