

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny

Gdańsk, dnia 09.05.2014r.

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/181/008/D/14

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych i urządzeń laboratoryjnych

Zamawiający informuje, że w dniu 09.05.2014 wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pyt. 1.Część 4 – Waga analityczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z zasilaniem 12-16 V DC/250mA?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.