

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/181/008/D/14

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych i urządzeń laboratoryjnych

Zamawiający informuje, że w dniu 09.05.2014 wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 445 l oraz wymiarach wewnętrznych (szer. x wys. x gł.) 470 x 1500 x 608 mm? Zaproponowana pojemność zamrażarki pozwala na przechowywanie aż 300 pudełek kriogenicznych o wysokości 50 mm. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza mniejszych pojemności komory.

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 570 l oraz wymiarach wewnętrznych (szer. x wys. x gł.) 610 x 1500 x 608 mm? Przy podanych wymiarach wewnętrznych urządzenie charakteryzuje się mniejszymi wymiarami zewnętrznymi od wymaganych przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Odp. Zamawiający nie zna wymiarów zewnętrznych

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x gł.) 650 x 1991 x 822 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie zna wymiarów wewnętrznych

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x gł.) 790 x 1991 x 822 mm? Przy mniejszych wymiarach zewnętrznych proponujemy Zamawiającemu zamrażarkę o pojemności 570 l. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie zna wymiarów wewnętrznych

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zastosowanie innej ilości półek przy podanych wymiarach zmieni zastosowanie posiadanych pojemników.

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 3 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zastosowanie innej ilości półek przy podanych wymiarach zmieni zastosowanie posiadanych pojemników.

Pyt. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o zakresie temperatury pracy od -50°C do -86°C? W przypadku urządzeń pracujących w temperaturach od -40°C ustawienie temperatury w zakresie od -40°C do -50°C powoduje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większą

awaryjność. Jeśli Zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -40 do -50°C i nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza zakres temperatury – 50 do -86 C

Pyt. 8 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową poziomie hałasu 50 dB? Jest to minimalnie mniejsza wartość od wymaganej przez Zamawiającego – różnica 1 dB. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza większego poziomu hałasu.

Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w poręczny, duży uchwyt, umożliwiający łatwe, ręczne otwieranie drzwi? Wymagany przez Zamawiającego system automatycznego, elektronicznego sterowania niesie ryzyko awarii co może skutkować brakiem dostępu do wnętrza zamrażarki i przechowywanych w niej próbek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu zamykania

Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z mikroprocesorowym sterownikiem z cyfrowym, graficznym wyświetlaczem LCD? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na bardziej czytelną i prostszą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wyświetlacza

Odp. 11 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w port RS485 do przesyłania danych do komputera zamiast portu RS422? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma typ portu.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyposażenie w port RS485

Pyt.12 Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją wnętrza komory w technologii klasyczną?

Odp. Zamawiający określił wykonanie wnętrza zamrażarki ze stali szlachetnej.

Pyt. 13 Czy Zamawiający dopuści inkubator z chłodzeniem o wymiarach zewnętrznych 590x960x620mm?

Odp. Zamawiający podał wymiary w SIWZ z 5% marginesem.