

Dot: postępowania Nr ZP/203/008/D/14

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły n/w zapytania:

1. Czy zamawiający dopuści załączenie do oferty oryginalnych folderów producenta w języku angielskim?

Odp: Tak

2. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji CE na oferowane urządzenia?

Odp: Tak

3. Czy miniwirówka nastołowa ma posiadać chłodzenie?

Odp. Tak

4. Czy stelaż w komorze laminarnej ma posiadać regulowaną wysokość w zakresie 75-95 cm?

Odp. Tak