



Gdańsk, dnia...22. 10....2014 r.

ZP/412/D/051/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa pieców w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie dotyczące części I : Czy zamawiający dopuści dostarczenie pieca rurowego o mocy 1000 W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca o niższej niż wymagana mocy, jeżeli zapewni ciągłą pracę w wymaganej temperaturze, nie powodując przy tym szybszego zużywania się elementów grzejnych.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp.

Kancelarz
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Marek Tłok
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

CENTRUM
NANOTECHNOLOGII
Politechniki Gdańskiej