



Gdańsk, dnia... 27.10.2014 r.

ZP/412/051/D/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa pieców w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

PYTANIE DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 7B

1. Czy ogłaszający przetarg dopuszcza zastosowanie reaktora (rury) wykonanej z materiału Al₂O₃ 76%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rury roboczej z materiału Al₂O₃ 76%.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

Kancelarz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Marek Tłok