

Gdańsk, dnia 02.04.2015r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM
ZAMÓWIENIU
do postępowania nr ZZ/19/002/D/2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej z złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na dostawę czujnika światłowodowego wraz z wypożyczeniem interrogatora do monitoringu obiektu badawczego w ramach projektu FOBRIDGE

Zamawiający informuje, że w dniu 02.04.2015r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, o brzmieniu:

W nawiązaniu do organizowanego przez państwa postępowania nr ZZ/19/002/D/2015 na: „Dostawę czujnika światłowodowego wraz z wypożyczeniem interrogatora do monitoringu obiektu badawczego w ramach projektu FOBRIDGE” zwracamy się z następującym pytaniem:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie czujników odkształceń oraz czujnika temperatury o zakresie temperatury pracy od -20°C do +80°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie czujników odkształceń oraz czujnika temperatury o zakresie temperatury pracy od -20°C do +80°C.

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG