

Gdańsk, 16.09.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ZP 108/019/D/15.

Na podstawie art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej informuje, że w dniu 15.04.2015 wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający podaje treść zapytań i udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miernika laboratoryjnego bez wbudowanego sieciowego interfejsu graficznego użytkownika pozwalającego na zarządzanie przyrządem z poziomu przeglądarki internetowej? Przyrządy wyposażone w interfejsy GPIB oraz RS-232 nie posiadają zazwyczaj wymaganego interfejsu sieciowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miernika bez wbudowanego sieciowego interfejsu graficznego użytkownika.

Zapytanie 2:


Ze względu na to, że przedmiot niniejszego postępowania jest wysokiej klasy aparaturą pomiarową i po każdorazowej naprawie przyrząd wymaga kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta, okres 5 dni jest niewystarczający. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu serwisu do 30 dni. Jednocześnie zapewniamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, dołożymy wszelkich starań, by czas ten był jak najkrótszy. Ponadto producent nie oferuje wymiany przyrządu na nowy, w sytuacji przedłużenia czasu naprawy powyżej 30 dni, zatem prosimy o wykreślenie punktu 13.a) z § 4 o treści:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy wykazującego wady fizyczne na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:

a) nie wykonania naprawy w ciągu 5 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy, licząc w dni robocze Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia z 5 dni na 30 dni i na prośbę Wykonawcy usunie pkt 13 a) z § 4 ze wzoru umowy.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
prof. zw. PG
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
.....
(odpis osoby uprawnionej)
[3]

