

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PRYZMATU WOLLASTONA

1. Dostawa pryzmatu Wollastona. Liczba sztuk 1

- Materiał – kalcyt
- Wymiary – min. 12 mm x 12 mm
- Apertura użyteczna (Clear Aperture) – 10 mm
- Kąt rozwidlenia promieni (splitting angle) – $0,85^\circ$
- Średnica uchwytu – $25,4 +0,0/-0,2$ mm
- Zakres długości fal – 0,4 - 2,1 μm