

**DOSTAWA  
SONDY WYSOKONAPIĘCOWEJ**

1. Dostawa sondy wysokonapięciowej. Liczba sztuk 1.

Wyszczególnienie	Liczba sztuk
Sonda umożliwiająca pomiar wysokich napięć	1
Górna częstotliwość graniczna – nie mniej niż 400 MHz	
Współczynnik tłumienia – 100:1	
Maksymalne napięcie nieniszczące – nie mniej niż 2kV	
Impedancja wejściowa – nie mniej niż 50 MOhm	
Długość kabla – nie mniej niż 1m, nie więcej niż 5m	
Gwarancja – min. 12 miesięcy	