

Załącznik VII do SIWZ

**DOSTAWA
CYFROWEGO MIERNIKA CĘGOWEGO**

1. Dostawa cyfrowego miernika cęgowego lub miernika równoważnej, tzn. spełniającego poniższe parametry. Liczba sztuk 1.

Uwaga!

Przyrząd będzie stanowił uzupełnienie, rozbudowę (o kolejne 8 stanowisko) istniejących 7 identycznych stanowisk laboratoryjnych w Laboratorium Metrologii o kolejne stanowisko. Z tego względu musi być kompatybilny, z wykorzystywanymi na istniejących stanowiskach cyfrowymi miernikami cęgowymi Center 223 w celu zapewnienia porównywalnych wyników badań i współpracy z oprogramowaniem.

Wyszczególnienie	Liczba sztuk
pomiar prądu stałego i zmiennego	1
zakres pomiaru prądów 10A, 100A	
rozdzielczość pomiaru 1mA	
funkcja PEAK HOLD dla prądów stałych	
możliwość zerowania pozostałości magnetycznej przed pomiarem prądu stałego	
wyjście analogowe napięciowe do obserwacji przebiegów prądu na oscyloskopie, przekładnia 1A / 10mV, pasmo przenoszenia 20 kHz	
dokładność pomiaru prądu stałego nie gorsza niż 3 % wartości mierzonej	
Gwarancja min. 24 miesiące	