



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA

Dziekan

Gdańsk, dnia 06.04.2017r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
do postępowania nr ZZ/ 12/002/D/2017**

Dotyczy: zamówienia na dostawę laboratoryjnych wyrobów szklanych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 06 kwietnia 2017r wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, o brzmieniu:

W zamówieniu ZZ/12/002/D/2017 znajduje się pozycja "zlewka o pojemności 500ml".

Czy chodzi o zlewkę szklaną niską czy wysoką czy o zlewkę plastikową?
Zlewki szklane mają pojemność 400 lub 600ml. Czy można złożyć ofertę na zlewkę o takiej pojemności?

Odpowiedź

Zlewka musi być wykonana ze szkła, o pojemności co najmniej 500 ml, ale nie więcej niż 700 ml. Zamawiający nie precyzuje czy zlewka powinna być niska czy wysoka.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.04.2017 r. do godz. 12:00.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05
Fax: +48 58 347 20 44
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl
www.wilis.pg.gda.pl