



Dziekan

Gdańsk, dnia 22.05.2017r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU do postępowania nr ZZ/ 18/002/D/2017

Dotyczy: zamówienia na mieszadło elektroniczne na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 18 maja 2017r wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, o brzmieniu:

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło o maksymalnej objętości płynów 40 litrów, klasie bezpieczeństwa IP 21 oraz łączniku zaciskowym do montażu mieszadła do statywu o średnicy 0,5 – 10 mm?. Zaproponowane urządzenie spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie to proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. parametrów ponieważ dysponuje statywem o średnicy 14mm. Łącznik musi więc umożliwiać montaż mieszadła na posiadanym statywie.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde