

Gdańsk, dnia 07.08.2017r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia 560631-N-2017 , data zamieszczenia 31.07.2017r.
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę mikroskopu odwróconego
ZP/143/008/D/17**

W dniu 04.08.2017r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wyższej niż wymagana klasy obiektyw o powiększeniu 20x, z najwyższej klasy korekcją Super Plan APOCHROMATYCZNĄ umożliwiającą jednoczesną obserwację we wszystkich wymienionych w specyfikacji kontrastach, najwyższą możliwą czułość obrazowania i rozdzielczość, o aperturze numerycznej $NA=0.8$ i odległości roboczej 0.4mm, z wbudowaną korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego 0.17mm.

Stosowanie obiektywu o wysokiej rozdzielczości zapewniającej wysoką czułość, a tym samym rozdzielczość obrazowania, korekcję planarną i chromatyczną wymaga stosowania standardowych naczyń hodowlanych lub preparatów mikroskopowych przykrytych standardowym szkiełkiem nakrywkowym o grubości 0.17mm (w szczególności w technikach kontrastowych takich jak kontrast Nomarskiego DIC). Oferowany obiektyw zapewnia najlepsze możliwe parametry optyczne.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.