



Dziekan

L. dz. WETI/3097/2017

Gdańsk, dnia 20.10.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2017 r. nr ogłoszenia 602396-N-2017 i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl oraz w siedzibie zamawiającego

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/196/009/D/17, ZP/53/WETI/17**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że w dniu 19.10.2017 r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza generator z pamięcią próbek przebiegu dowolnego 16kpts, z możliwością przygotowania i edycji 14 bitowych, długich na 16kpts sygnałów arbitralnych przy pomocy dołączonego oprogramowania, bez możliwości modulacji DSB-AM, oraz z poziomami sygnału dla kanału 1 i 2:

- ≤ 20 MHz: 1 mVpp do 10 Vpp
- ≤ 60 MHz: 1 mVpp do 5 Vpp
- ≤ 120 MHz: 1 mVpp do 2,5 Vpp
- ≤ 160 MHz: 1 mVpp do 1 Vpp ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora z pamięcią próbek przebiegu dowolnego 16kpts, z możliwością przygotowania i edycji 14 bitowych, długich na 16kpts sygnałów arbitralnych przy pomocy dołączonego oprogramowania, bez możliwości modulacji DSB-AM, oraz z poziomami sygnału dla kanału 1 i 2:

- ≤ 20 MHz: 1 mVpp do 10 Vpp
- ≤ 60 MHz: 1 mVpp do 5 Vpp
- ≤ 120 MHz: 1 mVpp do 2,5 Vpp
- ≤ 160 MHz: 1 mVpp do 1 Vpp.

Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG