



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI

**Dziekan**

Gdańsk, dnia 12.12.2017

L.dz. WEA.1838.2017

**dotyczy: zamówienia nr ZZ/422/014/17 na „Dostawę oscyloskopów analogowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”**

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie:**

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop analogowy o pasmie 20MHz oraz bez wewnętrznego częstotściomierza natomiast z większą czułością 1mV/dz oraz podstawa czasu od 0,1us/dz do 0,5 s/dz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych odstępstw od specyfikacji zamawianego sprzętu, ponieważ przewiduje zastosowanie do zajęć laboratoryjnych oscyloskopów o wskazanych parametrach (do 30 MHz), łącznie z wewnętrznym częstotściomierzem.

  
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański,  
prof. zw. PG  
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI