

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych do sali 115 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki ZP 72/019/D/18

Na podstawie art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), Zamawiający Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska informuje, że w dniu 12.04.2018 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający podaje treść zapytań i udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Zapytanie 1:

Czy przewody zasilające i teleinformatyczne, będące wyposażeniem stanowiska laboratoryjnego, są wprowadzone w obrębie stołów ?

Odpowiedź:

Przewody zasilające i teleinformatyczne mają być doprowadzone do stanowiska w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika, tzn. wewnątrz profili meblowych od sufitu do panelu wyposażonego w gniazda zasilające i teleinformatyczne.

Dziekan
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
prof. zw. PG
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ
(podpis osoby uprawnionej)
(1)