

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory laminarnej i inkubatorów dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny

Nr postępowania **ZP/124/008/D/18**

W dniu 15.06.2018r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości 155cm?

Odp.: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści komorę z maksymalnym poborem mocy 280W, funkcja oszczędzania energii z maksymalnym poborem mocy 70W?

Odp.: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści inkubator bez dyszy Venturiego?

Odp.: Tak

4. Czy Zamawiający dopuści inkubator z regulacją temperatury roboczej do 55°C?

Odp.: Tak

5. Czy Zamawiający dopuści inkubator o głębokości zewnętrznej 880mm?

Odp.: Tak

6. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych (szerokość x wysokość x głębokość): nie mniejsze niż 470x607x576mm?

Odp.: Tak

7. Czy Zamawiający dopuści inkubator bez klamki z zamkiem?

Odp.: Tak

8. Czy Zamawiający dopuści inkubator bez gniazda Ethernet?

Odp.: Tak