

Gdańsk 24.10.2018 r.

W postępowaniu ZP/215/008/D/18 wpłynęły n/w pytania:


1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 60-pozycyjnego statywu na próbki o wymiarach 16 x 150 mm?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne obliczenie parametrów uzyskanych z TLC (wykonanie zdjęcia podziału na płytce) ich transfer do komputera i automatyczny dobór warunków rozdzielania? Rozwiązanie to, eliminuje konieczność ręcznego wpisywania wyników uzyskanych metodą TLC.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o wymiarach 75 x 40 x 51 cm?

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający NIE wyraża zgody.

Ad.2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale wymaga również możliwość wpisania wyniku rozdziału z dwóch płytek TLC i na tej podstawie system proponuje optymalnie dobrany gradient do podziału próbki (jak opisano w formularzu rzeczowo-cenowym).

Ad.3. Zamawiający NIE wyraża zgody.

Kierownik  
  
mgr Sławomir Malinowski  
Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych  
WYDZIAŁ CHEMICZNY  
POLITECHNIKA GDAŃSKA