

Gdańsk, dnia 04.03.2019 r.

ZZ/81/004/D/2019

Dotyczy zamówienia na **dostawę autotransformatora regulowanego 1-fazowego, w obudowie, min. 28A – sztuk dwie, dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Bardzo proszę w temacie jak wyżej o informację dot. przedmiotu zamówienia:

1. Jakie jest napięcie pierwotne oraz wtórne?
2. Jaki jest wymagany zakres regulacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Napięcie zasilania: 230VAC/50Hz
2. Napięcie wyjściowe 0-260VAC

Ogłoszenie z załącznikami zostało zmodyfikowane w dniu 04.03.2019 r.

**Dziekan Wydziału Mechanicznego**  
**prof. dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ, prof. zw. PG**