

Gdańsk, dnia 06.03.2019 r.

ZZ/81/004/D/2019

Dotyczy zamówienia na **dostawę autotransformatora regulowanego 1-fazowego, w obudowie, min. 28A – sztuk dwie, dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Proszę wyjaśnić, czy napięcie pierwotne wynosi 230 czy też 240 V. Dla napięcia wtórnego 0-260 V, jak wygląda regulacja, w ilu krokach lub w zakresie napięcia / stopni regulacji? Czy to jest regulacja jest automatyczna dla wtórnego napięcia?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Napięcie pierwotne 230VAC

Napięcie wtórne z płynną regulacją w całym zakresie 0-260 VAC.

Ręczna regulacja pokrętkiem

**Dziekan Wydziału Mechanicznego  
prof. dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ, prof. zw. PG**