



Dziekan

L.dz. WETI/985/2019

Gdańsk, dnia 15.03.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym
w BZP nr 523092-N-2019 w dniu 08/03/2019
i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie zamawiającego

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu nr CRZP/47/009/D/19, ZP/17/WETI/19**

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń medycznych dla KIBM i KMOE WETI PG”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, iż w dniu 14.03.2019 r. otrzymał zapytania od Wykonawcy:

Pytanie 1 : dotyczy wzór umowy

§3 p.9.

-Proszę o akceptację dostawy cz. 4 **bez przeprowadzania instalacji.**

Wyjaśniam, że instalacja nie jest wymagana, zapewniam, że dostarczone urządzenie będzie kompletne i gotowe do użycia.

Instalacja jest opcją płatną więc jej zaoferowanie będzie się wiązało ze wzrostem ceny oferowanych urządzeń.

Odpowiedź:

W przypadku, kiedy dostarczone urządzenie będzie kompletne i gotowe do użycia, Zamawiający nie wymaga usługi instalacji.

Pytanie 2 : dotyczy wzór umowy

§5 p.1. i 2.

Proszę o zmianę zapisów na:

1. Za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z §3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienie, **jednak nie więcej niż 5% wartości urządzenia co do którego nastąpiło opóźnienie w dostawie.**
2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienie licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust.7 pkt. 3) i 4) umowy, za każde naruszenie, **jednak nie więcej niż 5% wartości urządzenia co do którego nastąpiło opóźnienie.**

Wyjaśniam, że nie przewidujemy żadnych opóźnień, jeśli takie nastąpią będą tylko skutkiem działań od nas nie zależnych. Nielimitowane kary umowne mogą prowadzić firmę do strat przewyższających cenę urządzeń dlatego prosimy o wprowadzenie limitu dyscyplinujących kar tj . wartości nie większej niż 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów we wzorze umowy zgodnie z propozycjami Wykonawcy.

Pytanie 3 : dotyczy opis szczegółowy

Załącznik 6 do SIWZ Część 4:

Wymagana gwarancja: minimum 12 m-cy na kamerę i kontroler i minimum 60 miesięcy **na szczelność komory próżni detektora CCD.**

Wyjaśniam: detektor CCD tzn. jego części mechaniczne i elektroniczne są objęte gwarancją 12-sto miesięczną natomiast gwarancja 60-cio miesięczna może być zaoferowana na szczelność komory próżniowej, w której znajduje się sensor CCD.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie zastosował skrót myślowy pisząc o 60-cio miesięcznej gwarancji na sensor CCD. Oczywiście Zamawiający miał na myśli gwarancję na szczelność komory próżniowej w której jest sensor. Sam sensor CCD jest elementem czysto elektronicznym i kwalifikuje się do gwarancji min.12-sto miesięcznej.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)wprowadza zmiany w treści SIWZ

Zmiana nr 1.

Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy - stanowiącą Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zmiana nr 2

Zamawiający zmienia treść opisu szczegółowego dotyczącego cz.4 Załącznik nr 6 do SIWZ

Zmiana nr 3.1

W rozdziale XII ust. 12.14 otrzymuje brzmienie:

(...)Nie otwierać przed dniem **25/03/2019** przed **godz. 12.30.**

Zmiana nr 3.2

W rozdziale XII ust. 12.16 otrzymuje brzmienie:

(...)Nie otwierać przed dniem **25/03/2019** przed **godz. 12.30.**

Zmiana nr 3.3

W rozdziale XIII ust. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie:

(...)termin składania ofert: **do dnia 25.03.2019 r., do godz. 12:00**

Zmiana nr 3.4

W rozdziale XIII ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie:

(...)termin otwarcia ofert: **w dniu 25.03.2019 r. o godz. 12.30**

Załącznik do Zmiany treści SIWZ:

- 1) Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - zmodyfikowany.
- 2) Załącznik nr 6 do SIWZ – opis szczegółowy - zmodyfikowany

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert ulega zmianie.

Dziekan

hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG