



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

L.dz. WETI/1084/2019

Gdańsk, dnia 26.03.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym
w BZP nr 528317-N-2019 w dniu 21/03/2019
i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie zamawiającego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
w postępowaniu nr CRZP/64/009/D/19, ZP/21/WETI/19**

dotyczy: **zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mikroskopu elektronowego dla KIBM LMF WETI PG”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, iż w dniu 25.03.2019 r. otrzymał zapytania od Wykonawcy:

Pytanie 1 :

Czy dopuszczają Państwo kupno SEM ze standardową katodą wolframową i możliwością oglądania powiększeń do 100.000 x? Opcja taka jest znacznie tańsza w eksploatacji.

Alternatywnie mogę zaproponować pełnowymiarowe modele SEM, nie mające ograniczeń mikroskopów miniaturowych.

Zapewniam także tani i 48-godzinny serwis pogwarancyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kupna SEM ze standardową katodą wolframową.

Zamawiający informuje, że postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG