

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer **ZP/138/008/D/19** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **sukcesywną dostawę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych do Magazynu Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 12.06.2019 do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 1

Część 2, poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje metanol **do chromatografii cieczowej HPLC (gradient) 2,5l**, spełniający wszystkie wymagania opisane w SIWZ, ale zamiast poniższych parametrów: Transmitancja 193 nm $\geq 60\%$, Transmitancja 195 nm $\geq 80\%$, Transmitancja 230 nm $\geq 98\%$, charakteryzujący się poniższymi parametrami:

Transmission (at 210 nm) $\geq 20\%$

Transmission (at 220 nm) $\geq 60\%$

Transmission (at 230 nm) $\geq 75\%$

Transmission (at 235 nm) $\geq 83\%$

Transmission (at 250 nm) $\geq 95\%$

Transmission (from 260 nm) $\geq 98\%$

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Kierownik

mgr Sławomir Malinowski
Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych
WYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA