



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

L.dz. WETI/2805/2019

Gdańsk, dnia 19.06.2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/150/009/D/19, ZP/40/WETI/19**

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „D Dostawa stanowiska do badania charakterystyk elementów termoelektrycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zamawiający informuje, że w dniu 17.06.2019 r. wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, na które zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytania 1:

Część III – Moduł multimetru cyfrowego z sondą temperaturową

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr z wyświetlaczem VFD (lampą fluorescencyjną) zamiast LCD i LED?
Wyświetlacze tego typu zapewniają wysoki kontrast oraz ostrość znaków, co wydaje się kluczowe podczas pomiarów za pomocą multimetrów.

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza multimetr z wyświetlaczem VFD (lampą fluorescencyjną).

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ oraz będą wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG