



Dziekan

L.dz. WETI/2569/2019

Gdańsk, dnia 11.07.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym
w BZP nr 569866-N-2019 w dniu 05/07/2019
i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie zamawiającego**

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

w postępowaniu nr CRZP/172/009/D/19, ZP/49/WETI/19

dotyczy: **zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa laboratoryjnych zestawów dla KSME i zestawu do pomiaru widm dla KIBM LMF WETI PG”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, iż w dniu 11.07.2019 r. otrzymał zapytania od Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w cz.1:

Pytanie 1 :

Zamawiający w opisie do cz. 1 pisze:

(...)

- **Moduły AI/AO: 16 kanałów, 16 bitów –**

(...)

Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie, w którym będzie łącznie 16 kanałów AI oraz 4 kanały AO 16-bitowe?

Odpowiedź:

TAK.

MODYFIKACJA SIWZ 2

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) wprowadza zmiany w treści SIWZ

Zmiana nr 1 – w opisie przedmiotu zamówienia do cz.1

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia do cz.1 - Załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik do Zmiany treści SIWZ:

- 1) Załącznik nr 6 do SIWZ – opis do cz.1 - zmodyfikowany

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Dziekan


prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG