



Dziekan

Nr zamówienia ZZ/790/009/D/2019


Gdańsk, dnia 25.07.2019 r.

### ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że do zamówienia nr ZZ/790/009/D/2019 wpłynęły zapytania:

**Pytanie 1:**

Znalazłem Państwa zapytanie ofertowe związane z wykonaniem termopar. Mam jedno pytanie techniczne związane z budową tych termopar. Chodzi o połączenie samej termopary z przewodem zakończonym wtyczką mini. Aby połączyć termoparę z przewodem trzeba wykonać poszerzenie średnicy jak w załączniku. Czy takie poszerzenie jest akceptowalne jeśli chodzi o wymiary? Zaznaczam, że w miejscu połączenia termopary z przewodem temperatura musi być już niższa niż 400°C. Przewód wytrzymałe właśnie tyle.



**Odpowiedź 1:**

Zamawiający, dopuszcza poszerzenie średnicy termopary.

Udzielone odpowiedzi są wiążące. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Prodziekan ds. badań

dr. hab. inż. Piotr Płotka