



Dziekan

Nr zamówienia **ZZ/1066/009/D/2019**

Gdańsk, dnia 14.10.2019 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że do zamówienia nr ZZ/1066/009/D/2019 wpłynęły zapytania:

Pytanie 1:

Wskaźniki/ostrzeżenia wstrząsów i drgań; – Czy zamawiający zaakceptuje wagę bez wskaźnika wykrywania drgań?

Pytanie 2:

Automatyczny jonizator powietrza wewnątrz komory wagowej; - Czy zamawiający zaakceptuje wagę wyposażoną w jonizator w formie bramki w kształcie litery „U”?

Pytanie 3:

Bezprzewodowy terminal z wyświetlaczem LCD; - Czy zamawiający zaakceptuje terminal zintegrowany z modulem elektronicznym i połączony kablem z modulem wagowym?

Pytanie 4:

Możliwość bezprzewodowej transmisji wyników do urządzeń Android/iOS – Czy zamawiający zaakceptuje możliwość transmisji wyników ważenia przez port USB do arkusza Excel?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zaakceptuje wagi bez wskaźnika wykrywania drgań.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie zaakceptuje wagi wyposażonej w jonizator w formie bramki w kształcie litery „U”.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie zaakceptuje terminala zintegrowanego z modulem elektronicznym i połączony kablem z modulem wagowym.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie zaakceptuje możliwości transmisji wyników ważenia przez port USB do arkusza Excel.

Udzielone odpowiedzi są wiążące. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG