



Gdańsk, dnia 14.02.2020

ZZ/05/055/D/20

Dotyczy: dostawy sprzętu i artykułów laboratoryjnych (w tym szkła) do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu „Politechnika Wielu Pokoleń”.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Zamawiający, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk, prowadząc postępowanie w trybie art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr. 1:

Czy w pozycji 2. Zamawiający dopuszcza rozdzielacz o pojemności 2000 ml? Pojemność 5 l nie występuje katalogowo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozdzielacz o pojemności 2000 ml.

Pytanie nr 2:

Czy w pozycji 36 Zamawiający dopuszcza pipety miarowe z dodatkową nasadką/ pompką, ale niezintegrowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pipet miarowych niezintegrowanych ze strzykawką/ pompką.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Kanclerz
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miller

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)