



## **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia **na dostawę oscyloskopu cyfrowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.**

#### **Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop cyfrowy o pamięci akwizycji 10Mpkt?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie punktu 5 o nagrywaniu ramek do 60000 ramek?  
Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z możliwością rejestracji danych w przedziale od 2 sek (5 sek dla obrazu) do 23 h 59 min 59 sek?

Uzasadnienie: Większość dostępnych na rynku producentów oscyloskopów nie podaje takich danych, podaje jedynie czas rejestracji danych lub obrazu, który jest w przedziale od 2 sek (5 sek dla obrazu) do 23 h 59 min 59 sek.

3. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z interfejsem LAN, bez standardu LXI Core Device 2011 oraz interfejsu AUX ale z portem USB Host & Device i zewnętrznym wyjściem wyzwalania EXT?

#### **Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

- Ad.1) Zamawiający nie dopuszcza  
Ad.2) Zamawiający nie dopuszcza.  
Ad.3) Zamawiający nie dopuszcza.

**Dziekan  
prof. dr hab. inż. Adam Barylski  
WYDZIAŁ MECHANICZNY**