

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są kable do podłączenia elektrod do nagrań elektrofizjologicznych z mózgu ludzkiego

Opis: Zestaw przewodów i bloków podłączeń do odpowiednich elektrod o danej ilości kontaktów.

Przewody i bloki podłączeń do kontaktów typu makro kompatybilne z elektrodami już wykorzystywanymi w projekcie produkcji firmy Adtech Inc. (Racine WI, USA) o numerach modelowych:

MM16A-SP05X-000

MM20I-SP36X-000

BF08R-SP05X-000

Wyjścia przewodów kompatybilne z systemem Atlas zakupionym w projekcie produkcji firmy Neuralynx Inc. (Bozeman MT, USA).

Inne wymagania:

Certyfikat CE do użytku klinicznego z pacjentami.