



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



ZZ/179/019/D/21

Gdańsk, dnia 01.07.2021 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 29.06.2021 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy podana przez Was próżnia 680 mmHg to ciśnienie bezwzględne czy manometryczne (ciśnienie względne)?

Odpowiedź:

Podana wartość jest ciśnieniem względnym.

ZATWIERDZAM:

Dziekan
prof. dr hab. Józef E. Szaniawicz
(podpis osoby upoważnionej)
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ
151