



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



ZZ/203/019/D/21

Gdańsk, dnia, 29.07.2021 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 28.07.2021 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu profesjonalną myjkę ultradźwiękową o poniższych parametrach, zachowując wszystkie pozostałe?

- moc grzania 800 W
- regulacja temperatury 25-80 stopni C
- regulacja czasu pracy 1 min - 6 h
- częstotliwość ultradźwięków - 37 kHz

Odpowiedź:

Tak.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Administracji

mgr inż. Marek Zabczyński
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

(podpis osoby upoważnionej)