



ZZ/06/019/D/22

Gdańsk, dnia, 13.01.2022 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 13.01.2022 r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, nie będącej stałą kwasoodporną ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z wyświetlaczem LED 2 x 4 cyfry, nie będący kolorowym wyświetlaczem graficznym ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną wyposażoną w kominek wentylacyjny, bez możliwości sterowania programowego ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych szer x wys x głęb (mm): 590 x 670 x 535 (mm) ?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem że ma wymaganą pojemność.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 lub 8 tygodni ?

Odpowiedź:

Tak.



Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z wyświetlaczem LCD, nie będący kolorowym wyświetlaczem graficznym ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z elektromechanicznym sterowaniem klapą wylotu powietrza ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie w postaci dwóch wsuwanych półek perforowanych ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych obudowy bez wyposażenia oraz przyłączy szer x wys x głęb (mm): 560 x 625x 565 (mm) , oraz wymiarach z wyposażeniem oraz przyłączami szer x wys x głęb (mm) : 563,5 x 622 x 636 ?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem że ma wymaganą pojemność.

Pytanie 10:

Czy dopuszcza się dostawę suszarki w ciągu 42 dni z uwagi na braki podzespołów spowodowane pandemią koronawirusa?

Odpowiedź:

Tak.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Administracji

mgr inż. Marek Zabczyński
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

.....
(podpis osoby upoważnionej)