



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Gdańsk, dnia, 27.11.2023 r.

ZZ/996/019/D/23

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 24.11.2023 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Cyrkulator grzewczy dedykowany do pracy z termowagą TG 209 F3 Tarsus® firm Netzsch też ma być chłodzony?

Odpowiedź:

Cyrkulator do pracy z wagą TG209 Tarsus Netzsch nie wymaga chłodzenia

mgr inż. Marek Żabczyński
Dyrektor Administracyjny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)