

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/108/009/D/024

Gdańsk, dnia 04.04.2024 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 04.04.2024 r. wpłynęło pytanie do postępowania na dostawę komory laminarnej do przygotowywania próbek na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr ZZ/108/009/2024, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z szybą frontową hartowaną suwaną góra dół?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej z szybą frontową hartowaną suwaną góra dół

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o powierzchni roboczej S925xG693xW615 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej o powierzchni roboczej S925xG693xW615 mm

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści dwa gniazda elektryczne zainstalowane na tylnej ścianie komory roboczej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza dwóch gniazd elektrycznych zainstalowanych na tylnej ścianie komory roboczej

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtrów HEPA >99,995 % dla MPPS - H14?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza skuteczności filtrów HEPA >99,995 % dla MPPS - H14

Zamawiający nie dopuszcza zmian w specyfikacji z uwagi na charakter prowadzonych badań.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 03.04.2024 r. oraz ma moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański